ES 4 Einsatzstreifen für Ultraschallbad



Der Einsatzstreifen dient zur Halterung der Einsatzgefäße.Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Beim Einsatz eines Einsatzstreifens können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher).Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.
 Edelstahl
 für 4 Einsatzgefäße (EB 05 / SD 06 / SD 09 / PD 06)
 Geeignet für RK 1028/HC/CH, RK 1050/CH, DL 1028 H

Artikel-Nr.	**WL19831**
Modell	ES 4
Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	382
GPSR Herstellerdaten	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück