

## ESD Prüfgerät Safety-Pips, Standardversion



- Batteriebetrieb
- Handliches Prüfgerät zur permanenten Überwachung von Gelenkbandsystemen
- Anzeige: optisches und akustisches Warnsignal

Artikel-Nr.	WL20877
Modell	7100.181
Hersteller	WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr.	7100.181
GPSR Herstellerdaten	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Verkaufseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	ja
Typischer Ableitwiderstand	1 MOhm..(100 pF + 2 MOhm) Gutbereich • HI-Fail > 5 Mohm • LO-Fail < 400 kOhm
Anschluss	10 mm Druckknopf
ESD gerecht	ja

