ESD Prüfgerät Safety-Pips, Standardversion

- Batteriebetrieb
- Handliches Prüfgerät zur permanenten Überwachung von Gelenkbandsystemen
- Anzeige: optisches und akustisches Warnsignal

Artikel-Nr.	**WL20877**
Modell	7100.181
Hersteller	WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr.	7100.181
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
typischer Ableitwiderstand	1 MOhm..(100 pF + 2 MOhm) Gutbereich • HI-Fail > 5 Mohm • LO-Fail < 400 kOhm

Anschluss	10 mm Druckknopf
ESD gerecht	ja