

## SONOREX Panier à accrocher pour cuve à ultrasons, acier inoxydable, 250 x 195 x 50 mm



Pendant le nettoyage aux ultrasons, les objets à nettoyer ne doivent pas être posés sur le fond de la cuve, car les vibrations des systèmes oscillants peuvent provoquer une abrasion entre les objets à nettoyer et la cuve elle-même. Il est donc recommandé d'utiliser un panier de nettoyage adapté. Les paniers de nettoyage BANDELIN sont conçus de manière à ce que les objets à nettoyer se trouvent toujours dans la zone optimale du champ de cavitation (à 1-2 cm du sol) dans la cuve. Un panier permet en outre de placer confortablement les objets à nettoyer dans l'appareil et de les retirer pour les rincer après le nettoyage, sans que l'utilisateur n'entre en contact avec le liquide de nettoyage ou de désinfection.

- convient pour :
- DL : 510 H
- DT : 510 /H /H-RC
- RK : 510 /H
- à accrocher

Numéro d'article

WL10480

Products for the electronic industry



Modèle	K 10
Fabricant	BANDELIN
Numéro d'article du fabricant	359
Données du fabricant du GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Longueur	250 mm
Largeur	195 mm
Hauteur	50 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non