ES 4 Bande d'insertion pour bain à ultrasons



La bande d'insertion sert à maintenir les godets d'insertion. Pour l'utilisation de liquides chimiquement agressifs (par ex. TICKOPUR J 80 U), l'élimination de salissures chimiquement agressives ou abrasives ou la sonorisation de liquides d'échantillonnage, on utilise des godets d'insertion (sonorisation indirecte). Comme rien ne doit être placé au fond de la cuve du bain à ultrasons, BANDELIN propose des couvercles perforés adaptés pour recevoir les godets d'insertion. Autre avantage : l'utilisation d'une bande d'insertion permet d'insonoriser simultanément plusieurs godets avec différents liquides (par ex. élimination de ciments dentaires avec STAMMOPUR Z dans un godet et nettoyage et désinfection chimique simultanée d'instruments dentaires avec STAMMOPUR DR 8 dans un deuxième godet).Veuillez noter que la tension de surface de l'eau doit être réduite pour la transmission des ultrasons au récipient d'insertion et qu'une solution de nettoyage (par ex. TICKOPUR R 33 3%) doit donc être utilisée comme liquide de couplage / liquide de contact.

- Acier inoxydable
- pour 4 récipients d'insertion (EB 05 / SD 06 / SD 09 / PD 06)
- Convient pour RK 1028/HC/CH, RK 1050/CH, DL 1028 H

Numéro d'article	**WL19831**
Modèle	ES 4
Fabricant	BANDELIN
Numéro d'article du fabricant	382
Données du fabricant du GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce