

## Cabinet d'aspiration 117 m<sup>3</sup>/h, 635 x 480 x 350 mm, transparent



- Tous les composants sont conformes à la directive RoHS
- Cabinet de travail à placer sur une table ou une surface plane
- Dimensions de la surface de base : 635 x 480 mm
- Hauteur totale : 350 mm
- Thermoformé en PETG transparent
- Vitre en verre trempé insérée
- Coins pour vitre en verre trempé en PP
- Débit d'air recommandé : 117 m<sup>3</sup>/h

Numéro d'article	WL19860
Modèle	25-6045-35-0-4
Fabricant	ULT

Products for the electronic industry



Numéro d'article du fabricant	25-6045-35-0-4
Données du fabricant du GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme aux normes ESD	non

