

Testeur de système Affichage low



Le Hakko FG-470 teste rapidement et facilement les bracelets et les câbles de mise à la terre ainsi que la résistance de passage entre le bracelet et la peau. Cet appareil de test de bracelets peut être utilisé partout pour vérifier rapidement et facilement les performances des bracelets. En outre, le FG-470, qui fonctionne avec une pile de 9 V, assure la sécurité des employés et prévient les défauts des produits causés par les décharges électrostatiques.

- $R < 800\text{ k}$? pass 800 k ? ? $R > 9\text{M}$? high $R > 9\text{M}$? Fonctionne sur piles

N° d'article	WL69969
Fabricant	HAKKO
Fabricant Numéro d'article	FG 470-20
Informations sur le fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27

	DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
longueur	90 mm
largeur	85 mm
apogée	44 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

