
SONOREX hangmand voor ultrasoonbad, roestvrij staal, 455 x 245 x 50 mm.



Tijdens de ultrasone reiniging mogen de te reinigen voorwerpen niet op de bodem van de tank worden geplaatst, aangezien de trillingen van de oscillerende systemen schuring tussen de te reinigen voorwerpen en de tank zelf kunnen veroorzaken. Het gebruik van een geschikte reinigingsmand wordt daarom aanbevolen. De BANDELIN reinigingskorven zijn zo ontworpen dat de te reinigen voorwerpen zich altijd in het optimale gebied van het cavitatieveld (1-2 cm van de bodem) in de tank bevinden. Met behulp van een mandje kunnen de te reinigen voorwerpen ook gemakkelijk in het apparaat worden geplaatst en na de reiniging worden verwijderd om te spoelen zonder dat de gebruiker in contact komt met de reinigings- of ontsmettingsvloeistof.

- geschikt voor:
- DL: 1028 H
- DT: 1028 /H
- RK: 1028 /H

• om op te hangen in

Artikelnr.	WL18157
Model	K 28
Fabrikant	BANDELIN
Fabrikant artikelnr.	358
GPSR-fabrikantgegevens	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Lengte	455 mm
Breedte	245 mm
Hoogte	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk