
SONOREX hangmand voor ultrasoonbad, roestvrij staal, 545 x 450 x 50 mm.



Tijdens de ultrasone reiniging mogen de te reinigen voorwerpen niet op de bodem van de tank worden geplaatst, aangezien de trillingen van de oscillerende systemen schuring tussen de te reinigen voorwerpen en de tank zelf kunnen veroorzaken. Het gebruik van een geschikte reinigingsmand wordt daarom aanbevolen. De BANDELIN reinigingskorven zijn zo ontworpen dat de te reinigen voorwerpen zich altijd in het optimale gebied van het cavitatieveld (1-2 cm van de bodem) in de tank bevinden. Met behulp van een mandje kunnen de te reinigen voorwerpen ook gemakkelijk in het apparaat worden geplaatst en na de reiniging worden verwijderd om te spoelen zonder dat de gebruiker in contact komt met de reinigings- of ontsmettingsvloeistof.

- geschikt voor:
- DT: 1050 CH
- RK: 1050 CH
- Maaswijdte: 5 x 5 mm

Artikelnr.	WL19127
Model	K 50C
Fabrikant	BANDELIN
Fabrikant artikelnr.	138
GPSR-fabrikantgegevens	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Lengte	545 mm
Breedte	450 mm
Hoogte	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk