DE 510 Geperforeerd deksel voor ultrasoonbad



Voor de toepassing van chemisch agressieve vloeistoffen (bv. TICKOPUR J 80 U), de verwijdering van chemisch agressieve of schurende verontreinigingen of de sonicatie van monstervloeistoffen worden inzetbekers gebruikt (indirecte sonicatie). Omdat er niets op de bodem van het ultrasoonbad mag worden geplaatst, biedt BANDELIN geschikte geperforeerde deksels/insert strips om de inzetbekers vast te houden. Een ander voordeel: meerdere inzetbekers kunnen tegelijkertijd met verschillende vloeistoffen gesoniseerd worden (bijv. verwijdering van tandheelkundig cement met STAMMOPUR Z in de ene en reiniging met gelijktijdige chemische desinfectie van tandheelkundige instrumenten met STAMMOPUR DR 8 in een tweede inzetbeker).

- Roestvrij staal
- voor het inbrengen van 4 inbrengbekers.
- Geschikt voor RK 510/H, RK 512 H, DL 512 H

Artikelnr.	**WL21940**

Model	DE510
Fabrikant	BANDELIN
Fabrikant artikelnr.	3038
GPSR-fabrikantgegevens	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Lengte	329 mm
Breedte	231 mm
Hoogte	11 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk