

## Stół pod mikroskop IT-300



The sliding table of 4HJena is suitable for sensitive alignment of test specimens during optical inspection.

- Obszar przesuwania xy: 300 x 150 mm
- Powierzchnia stolika pod preparat 400 (szer.) x 280 (głęb.) mm
- Wysokość konstrukcyjna ok. 96 mm
- Płytki adaptera do statywu kolumnowego
- wymagana przestrzeń umożliwiająca ruch, ok. 720 x 490 mm
- Opcje: Prześwietlenie, blokada 5 mm, precyzyjna regulacja

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer artykułu.            | WL18403       |
| Model                      | IT-300 xy     |
| Producent                  | 4H JENA       |
| Numer artykułu producenta. | OI 266.00.000 |

Products for the electronic industry



Dane producenta GPSR

4H JENA Engineering GmbH  
Mühlenstrasse 126  
DE-07745 Jena  
[www.4h-jena.de](http://www.4h-jena.de)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści    | 1 sztuka |
| W zestawie bateria  | nie      |
| Zgodny z ESD        | nie      |