

DE 100 Perforowana pokrywa do łaźni ultradźwiękowej



Do nanoszenia chemicznie agresywnych cieczy (np. TICKOPUR J 80 U), usuwania chemicznie agresywnych lub ściernych zanieczyszczeń lub sonikacji cieczy próbnych stosuje się kubki z wkładkami (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łaźni ultradźwiękowej, BANDELIN oferuje odpowiednie perforowane pokrywy/ listwy do mocowania zlewek. Kolejna zaleta: kilka kubków na wkłady może być sonikowanych różnymi płynami jednocześnie (np. usuwanie cementów stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR Z w jednym i czyszczenie z jednoczesną dezynfekcją chemiczną narzędzi stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR DR 8 w drugim kubku na wkłady).

- Stal nierdzewna
- do wkładania 2 zlewek do wkładania.
- Nadaje się do DL 102 H

Numer artykułu.

WL20576

Model	DE100
Producent	BANDELIN
Numer artykułu producenta.	3017
Dane producenta GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Długość	264 mm
Szerokość	132 mm
Wysokość	11 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie