


DE 510 Perforowana pokrywa do łaźni ultradźwiękowej



Do aplikacji chemicznie agresywnych cieczy (np. TICKOPUR J 80 U), usuwania chemicznie agresywnych lub ściernych zanieczyszczeń lub sonikacji cieczy próbnych stosuje się kubki z wkładkami (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łaźni ultradźwiękowej, BANDELIN oferuje odpowiednie perforowane pokrywy/ listwy do mocowania zlewek. Kolejna zaleta: kilka kubków na wkłady może być sonikowanych różnymi płynami jednocześnie (np. usuwanie cementów stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR Z w jednym i czyszczenie z jednoczesną dezynfekcją chemiczną narzędzi stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR DR 8 w drugim kubku na wkłady).

- Stal nierdzewna
- do włożenia 4 kubków do wkładania.
- Pasuje do RK 510/H, RK 512 H, DL 512 H

Numer artykułu.

WL21940

Model	DE510
Producent	BANDELIN
Numer artykułu producenta.	3038
Dane producenta GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Długość	329 mm
Szerokość	231 mm
Wysokość	11 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka