

Jednostka kalibracyjna PGT 120, z 12 przełącznikami DIP



- z 12 dip switchami
- do sprawdzania wartości granicznych rezystancji na miejscu
- Kalibracja fabryczna z certyfikatem.
- Do późniejszego sprawdzania urządzenia po określonym interwale kalibracji.
- Urządzenia do pomiaru i testowania ESD są kalibrowane zgodnie z normą EN/ISO/IEC 17025:2005

Numer artykułu.	WL42975
Model	7100.PGT120.CU.12
Producent	WARMBIER
Numer artykułu producenta.	7100.PGT120.CU.12
Dane producenta GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21

DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	tak